

奇美醫院臨床病理部公告

編號：CP-An-114-04

主旨：新增「HOMA-IR /胰島素阻抗性」檢驗項目

執行院區：☒永康 ☐柳營 ☐佳里 ☐南科

受文單位：奇美醫療體系

內容：

1. 新增「HOMA-IR /胰島素阻抗性」檢驗項目，提供檢驗報告項目如下

計價碼	檢驗項目
09005-7	Glucose
09103-1	Insulin-AC
09941	HOMA-IR

2. HOMA-IR 計算公式= [Glucose (mg/dL) x insulin (μ IU/mL)]/405

3. 生物參考區間

HOMA-IR ≤ 1.4 為正常

HOMA-IR 介於 1.5~1.9 之間為輕微胰島素阻抗

HOMA-IR ≥ 2.0 為嚴重胰島素阻抗

4. 採檢容器：黃頭管

5. 報告完成時間：2 個工作天

執行日期：2025 年 1 月 7 日

聯絡單位：永康 生化免疫組；分機：53635

李建達
2025.01.07

本通告除給予各受文單位外同時於奇美醫院臨床病理部網站最新消息公告
需要時以電子郵件方式通知各主治醫師